B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

SCHNELLE & SCHONENDE AUFBEREITUNG

Von AESCULAP® empfohlen

Stabimed® fresh

Manuelle Desinfektion und Reinigung von Instrumenten

Stabimed® fresh

Reinigung und Desinfektion in einem Schritt. Schnelle, ökonomische und schonende Aufbereitung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten.

AUF EINEN BLICK

- Flüssiges Konzentrat auf Basis von Alkylaminen
- Phenol-, QAV- & Aldehyd-frei, daher nicht proteinbindend
- Frischer, angenehmer Geruch
- Hervorragende Reinigungseigenschaften, entfernt leicht Blut und Sekrete
- Schnelle und schonende Aufbereitung von chirurgischem und zahnärztlichem Instrumentarium, Laborgeräten, flexiblen und starren Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Enthält Korrosionsinhibitoren
- Kurze Einwirkzeit: bereits ab 5 Minuten wirksam
- Breites Wirkungsspektrum: gegen Bakterien, Pilze und Viren
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- DGHM- /VAH- gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Empfohlen von Aesculap®
- Zugelassen und gelistet von Karl Storz

WIRKSPEKTRUM / EINWIRKZEITEN (EZ)

Einsatzgebiet	Konz.	EZ	Dosierung / l
Instrumentenreinigung und -desinfektion gemäss DGHM[1] / VAH[2] einschl. behüllte Viren (einschl. HBV, HCV, HIV)[4], Vaccinia-Viren	1.0 % 0.5 %	5 min. 15 min.	10 ml / l 5 ml / l
Tuberkulozid *(M. terrae)* gemäss DGHM[1] / VAH[2] EN 14348, 14563	2.0 %	15 min.	20 ml / l
Adenovirus	4.0 %	1 h	40 ml / l
Polyomavirus	2.0 %	1 h	20 ml / l
Reinigung und Desinfektion im Ultraschallbad	1.0 %	5 min.	10 ml / l
Bakterizid gemäss EN 13727, 14561	0.25 %	5 min.	2.5 ml / l
Levurozid gemäss EN 13624, 14562 *(Candida albicans)*	0.25 %	5 min.	2.5 ml / l

ANWENDUNG

Instrumente nach dem Einlegen in Stabimed® fresh Gebrauchslösung gründlich unter laufendem kaltem Leitungswasser abspülen. Abschliessend mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser abspülen. Instrumente mit einem saugfähigen, fusselfreien Tuch abtrocknen. Je nach Erfordernis weiter aufbereiten.
Vor der erstmaligen Anwendung von Stabimed® fresh die Instrumentenwannen mit Wasser und Helizyme reinigen, um mögliche Rückstände anderer Produkte (insbesondere von aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln) zu entfernen. Nicht mit aldehydhaltigen Produkten mischen.
Begrenzte Verträglichkeit mit Produkten auf Silikonbasis.
Befolgen Sie die Aufbereitungsempfehlung des Geräteherstellers.

Aldehydfrei

Physikalisch-chemische Daten	Konzentrat	Gebrauchsfertige Lösung
pH-Wert (20 °C):	ca. 10	ca. 9
Dichte (20 °C, g / cm³):	ca. 0.98 g / ml	ca. 1 g / ml
Aussehen:	blaugrün	klar

Artikel	Einheit	Art. Nr.
Ovalflasche 1000 ml	1	19689
Kanister 5 L	1	19690

Stabimed® fresh – Zusammensetzung:
100 g Stabimed® fresh enthalten Cocospropylendiamin 20.0 g; Hilfsstoffe: Tenside, Lösemittel, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Lösevermittler, Duftstoffe, Farbstoffe.
Angaben gemäss Verordnung (EG) Nr. 648 / 2004 über Detergenzien: 15 – 30 % nichtionische Tenside, Duftstoffe

Warnhinweise
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
3) www.iho-viruzidie-liste.de
4) gemäss RKI 01/2004

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | bbraun.austria@bbraun.com | www.bbraun.at
www.facebook.com/bbraunat

Stand: 03/2020